ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τύπος μηχανήματος : ΗΚΓ

Κατασκευαστικός οίκος : COMEN

Μοντέλο : CM 300

S/N: 30200619040

Έπειτα από έλεγχο του ΗΚΓ COMEN CM 300 του Κέντρου Υγείας Σαπών, ο ΗΚΓ φαίνεται ότι δεν δέχεται κανονικά ρεύμα και η ένδειξη για το ρεύμα αναβοσβήνει, πιθανό πρόβλημα σε πλακέτα του ΗΚΓ ή στο κύκλωμα τροφοδοσίας της συσκευής . Κρίνεται απαραίτητος ο έλεγχος και η αναγνώριση της βλάβης του ΗΚΓ, θα ακολουθήσει νέα έρευνα αγοράς για την επισκευή του ΗΚΓ μετά τον έλεγχο.