## ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τύπος μηχανήματος : ΗΚΓ

Κατασκευαστικός οίκος : COMEN

Μοντέλο : H3

S/N: H3191121022

Έπειτα από έλεγχο του ΗΚΓ COMEN H3 του Κέντρου Υγείας Δροσάτου, ο ΗΚΓ δέχεται κανονικά ρεύμα όμως δεν μπορεί να κάνει boot το λογισμικό του και η οθόνη κολλάει στο logo του κατασκευαστή, πιθανό πρόβλημα στην κεντρική πλακέτα του ΗΚΓ. Κρίνεται απαραίτητος ο έλεγχος και η αναγνώριση της βλάβης του ΗΚΓ, θα ακολουθήσει νέα έρευνα αγοράς για την επισκευή του ΗΚΓ μετά τον έλεγχο.