## ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Έπειτα από αίτημα του Κέντρου Υγείας Ορεστιάδας κρίνεται αναγκαία η προμήθεια των παρακάτω για την ορθή λειτουργία του οδοντιατρείου του Κέντρου Υγείας Ορεστιάδας:

**Συσκευή Φωτοπολυμερισμού**

1. Τουλάχιστον μέχρι 1600 mW/cm$^2$ που μπορεί να στερεοποιήσει ρητίνη βάθους 4mm σε 3 δευτερόλεπτα.
2. Επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου τουλάχιστον 2000mAh
3. Τουλάχιστον 4 χρόνοι εργασίας στερεοποίησης 5s, 10s, 15s, 20s
4. Μικρό μέγεθος, ασύρματο και ελαφρύ
5. Επαγγελματικό φως σκλήρυνσης
6. Ψηφιακή οθόνη
7. Περισσότερες από 430 φορές για κάθε πλήρη φόρτιση: 10s/χρόνο
8. Έξοδος φωτός: Περισσότερο από 1000 mW/cm$^2$
9. Εύρος φάσματος τουλάχιστον 420-480 nm