ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επειτα από αίτημα του Κέντρου Υγείας Καβάλας κρίνεται απαραίτητο η προμήθεια ενός νεφελοποιητή.

1. **Προμήθεια ενός (1) νεφελοποιητή.**

Να παρέχει νεφελοποιήσει σε βρέφη, παιδιά και ενήλικες.
Να είναι κατάλληλος για ρινικές πλύσεις.
Να συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς.
Να συνοδεύεται από μάσκα ενηλίκων, παίδων, επιστόμιο και υποδοχή για την μύτη-τροφοδοτικό & τσάντα αποθήκευσης και μεταφοράς.
Δύναται να νεφελοποιεί όλα τα φάρμακα.
Το βάρος του να μην ξεπερνάει τα 2 Kg.
Η μέγιστη ταχύτητα χορήγησης φαρμάκου νεφελοποίησης να είναι τουλάχιστον 0.3 ml/min.
Η ποσότητα του φαρμάκου που μπορούμε να τοποθετήσουμε στον νεφελοποιητή να είναι τουλάχιστον 7 ml.
Να μπορεί να απολυμανθεί.
Να λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα 220 V/50 Hz.
Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark.
Το υλικό να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης.
Ο προμηθευτής θα είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 καθώς και για την τήρηση της υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Ποικ./1348/2004.
Ο κατασκευαστικός οίκος του μηχανήματος να διαθέτει ISO 13485:2016.
Να είναι καινούριος, αμεταχείριστος, να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών.
Θα παραδοθεί με ευθύνη του προμηθευτή στο Κέντρο Υγείας Καβάλας